

SQA-iO

Sperm Kalitesi Analiz Cihazı

20 yılı aşkın süredir otomatik meni analizinde dünya lideri Medical Electronic Systems, 75 saniyede temel meni analizi yapan, hassas ve ekonomik bulut-tabanlı tıbbi bir cihaz olan **SQA-iO**'yu sunmaktan mutluluk duyar.

İşlenen Meni Parametreleri:

- Konsantrasyon
- Hareketlilik Parametreleri: Toplam/Progresif/Progresif Olmayan/Hareketsiz
- Hareketli Sperm Konsantrasyonu
- Normal Morfoloji



Özellikler:

- Menü içeren uygulama ile PC'de kolay test olanağı
- WHO 5. İlkeleri/standartlarına uygun
- Kolay/güvenli numune testi için atılabilir SQA kapillerleri
- 75 saniyede sonuç
- Kişiselleştirilebilir test raporu

Medical Electronic Systems evde (YO Ev Sperm Testi), hastane laboratuvarında (QwikCheck Gold, SQA-V) ve tüp bebek merkezlerinde (SQA-Vision) kullanılmak üzere tüm otomatik meni analiz cihazı ürün gruplarını imal eder. SQA-iO, hastaların temel meni analizlerinin küçük laboratuvarlarda ve doktor muayenehanelerinde verimli, hassas ve ekonomik olarak yapılmasını sağlar.

Unutma Herşey Bir Spermle Başladı !

SQA-iO

Sperm Kalitesi Analiz Cihazı

Test Hasta Ekranı

10 MICRO TEST ET

FRESH

HASTA BİLGİLERİ

PATIENT ID *	İLK ADI *	SON ADI *	NUMUNE ID *
4435353	Dev	Agarwal	454546
YAŞI*	TELEFON NUMARASI-	SEVK EDEN DOKTOR	
32	815 5641 425	Dr. Mehta	

NUMUNE BİLGİLERİ

ALINMA TARİHİ VE SAATİ *	KABUL TARİHİ VE SAATİ *	HACİM (ml)	AKYUVAR KONS. (M/ml) *
22/05/2020 10:00	22/05/2020 10:20	2.5	1<=
pH	GÖRÜNÜM*	VİZKOZİTE *	SIVILAŞMA *
7.5	Normal	Anormal	Normal
PERHİZ (gün) *	OPSİYON 1	OPSİYON 2	
3	Çok berrak meni plazması	Sivilaşma için QwikCheck kullanıldı	

TEST EDEN BİLGİLERİ

TEST EDENİN ADI	ÜNVANI
Neil Patel	Lab şefi

University Laboratory
SICO I A Caçnoon

Kişiselleştirilebilir Rapor

TELFON 837-8029-686
E-POSTA MES@gmail.com
SITE: www.mes-ltd.com

MENİ ANALİZ SONUÇLARI

HASTA BİLGİLERİ

HASTA ID:	4435353	NUMUNE ID:	454546
HASTA ADI:	Dev Agarwal	DOĞUM TARİHİ/YAŞI:	17/03/1988 I 32
SEVK EDEN DOKTOR:	Dr. Mehta	TELEFON NUMARASI:	815 5841 425

NUMUNE BİLGİLERİ

NUMUNE TİPİ:	TAZE	PH:	7.5
ALINMA TARİHİ:	20/05/2020 10:00	GORUNUM:	NORMAL
KABUL TARİHİ:	20/05/2020 10:20	VIZKOZİTE:	ANORMAL
	20/05/2020 11:00	SIVILAŞMA (min):	NORMAL
KRİTER:	WHO 6 th	PERHİZ (gün):	3
HACİM (ml):	2.5	OPSİYON 1:	Çok berrak meni plazması
AKYUVAR KONS. (M/ml):	<=1	OPSİYON 2:	Sivilaşma için QwikCheck kullanıldı

PARAMETRE	Sonuç	REF.DEĞERİ	HAREKETLİLİK GRAFİĞİ
KONSANTRASYON (M/ml)	24.1	>= 15	
TOPLAM HAREKETLİLİK PR + NP (%)	78	>= 40	
HAREKETLİ SPERM KONS. (M/ml)	18.8		
PROGRESİF HAREKETLİ SPERM KONS. (M/ml)	16.5		
NORMAL ŞEKLİLLİ (%)	20	>= 4	
EJAKÜLASYON BAŞINA TOPLAM			
SPERM # (M/ejac)	60.2	>= 39	
HAREKETLİ SPERM (M/ejac)	47.1		

Açıklama: Sonuçları Dr. Mehta'ya gönderin



İRTİBAT

() info@mes-ltd.com

www.mes-global.com



Unutma Herşey Bir Spremlle Başladı!